

Протокол № 27
об итогах закупок способом проведения тендера

г. Нур-Султан

10 часов 30 минут
«20» августа 2021 года

Организатор закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой, 28 провел закупки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с требованиями главы 8 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

Обоснование применения осуществления закупа способом проведения тендера - необходимость исполнения требований Параграфа 1, главы 8 Правил.

Наименование, краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

Указано в приложении № 1 к протоколу (Прилагается).

1. Заявку на участие в закупках «Тендер по запуску изделий медицинского назначения» способом проведения тендера в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата регистрации потенциального поставщика
1	ТОО «SUNMEDIKA» (САНМЕДИКА)	г.Нур-Султан, ул.Майлина 4/1, п.3, офис 201	13.08.2021 – 16:43
2	ТОО «Эндомед»	г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина д.3, ВП7	19.08.2021 – 11:09
3	ТОО «Ангрофарм-НС»	г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік 12/1, ВП2	19.08.2021 – 11:17
4	ТОО «Medicus Meridian»	г.Нур-Султан, ул.Е 809, д.6, кв. (офис) 106	19.08.2021 – 12:09

2. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

- ТОО «SUNMEDIKA» (САНМЕДИКА), г.Нур-Султан, ул.Майлина 4/1, п.3, офис 201;
- ТОО «Эндомед», г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина д.3, ВП7;
- ТОО «Ангрофарм-НС», г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік 12/1, ВП2;
- ТОО «Medicus Meridian», г.Нур-Султан, ул.Е 809, д.6, кв. (офис) 106.

Указано в приложении № 2 к протоколу (Прилагается).

3. Экспертная комиссия не привлекалась.

4. При вскрытии объявления присутствовали следующие потенциальные поставщики – отсутствовали;

5. ТОО «Medicus Meridian», г.Нур-Султан, ул.Е 809, д.6, кв. (офис) 106 отозвали заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

6. Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования

РЕШИЛА:

- 1) Отклонить тендерную заявку ТОО «Эндомед», ТОО «Ангрофарм-НС» в целом, ввиду представления потенциальными поставщиками технической спецификации, не

соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил (на основании подпункта 9 пункта 70 главы 8 Правил и пункта 9 тендерной документации);

- 2) Признать тендерную заявку ТОО «SUNMEDIKA» (САНМЕДИКА) соответствующую требованиям, установленными главами 3 и 4 настоящих Правил, а также тендерной документации;
- 3) Признать победителем тендера по лоту №1 - потенциального поставщика ТОО «SUNMEDIKA» (САНМЕДИКА), г.Нур-Султан, ул.Майлина 4/1, п.3, офис 201, согласно пункту 74, главы 8 Правил, пункту 44 тендерной документации, на основе признания тендерной заявки тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на общую сумму – 5 195 000 тенге 00 тиын (пять миллионов сто девяносто пять тысяч тенге ноль тиын)
- 4) Заказчику – закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой, 28 - заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов способом тендера и направить потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно Правил.

Председатель:

Ким Николай Ардалионович

Руководитель по клинической службе;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

Касенова Дина Ахметовна

Кусаинова Асия Салаватовна

Каримов Олжас Назарбекович

Руководитель сестринской службы;

Заведующая аптекой;

Бухгалтер;

Руководитель административного правового
отдела

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Место поставки	Срок поставки
1	Цифровой пульсоксиметр для измерения и отображения функционального насыщения кислородом артериальной гемоглобина (%SpO2) и частоты сердечных сокращений.	<p>Устройство содержит следующие световоды: чашеобразные светодиоды (светодиоды), отображающие насыщенность кислородом и частоту пульса. Трехцветовой светодиодный дисплей (индикатор качества) характеризует пульса, показанный слева) обеспечивает визуальную индикацию качества сигнала пульса, мигающая при соответствующей частоте пульса. Данный дисплей меняет цвет для предупреждения вас об изменении качества пульса, что может повлиять на показания: • Зеленый цвет обозначает хороший сигнал пульса. • Желтый цвет обозначает сигнал пульса с предельными параметрами. • Красный цвет обозначает нарушенный сигнал пульса. Активируйте, вставив палец пациента в устройство. Устройство обнаруживает вставленный палец и автоматически подсвечивает экран. Правильное расположение устройства на пальце имеет решающее значение для точных измерений. Диапазон отображения насыщенности кислородом: 0% до 100% SpO2. Диапазон отображения частоты пульса: 18 до 321 ударов в минуту (уд./мин). Измерение длин волн и выходной мощности**. Красный: 660 нм @ 0,8 мВт максимальное среднее значение. Инфракрасный: 910 нм @ 1,2 мВт максимальное среднее значение.</p>	Штука	50	104 000,00	5 200 000,00	ГКП на ПХВ "МГБ №3" акимата города Нур-Султан	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней 2021 года
ИТОГО						5 200 000,00		

Председатель:

Ким Николай Ардамонович

Руководитель по клинической службе

Члены комиссии:

Куханышбаева Алия Муратовна

Касенова Дина Ахметовна

Кусаннова Асия Салаватовна

Каримов Олжас Назарбекович

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

Менеджер по государственным закупкам

№ п/п	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ООО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА)	ООО "Ангрофарм-НС"	ООО "Эндомедл"
1	Пальчиковый пульсоксиметр для измерения и отображения функционального насыщения кислородом артериального гемоглобина (%SpO2) и частоты сердечных сокращений	<p>Устройство содержит числовые световозвучающие диоды (светодиоды), отображающие насыщенность кислородом и частоту пульса.</p> <p>Треугольной светодиодной дисплей (индикатор качественных характеристик пульса, показанный слева) обеспечивает визуальную индикацию качества сигнала пульса, мигающая при соответствующей частоте пульса. Данный дисплей меняет цвета для предупреждения вас об изменении качества пульса, что может повлиять на показания.</p> <p>Зеленый цвет обозначает хороший сигнал пульса. • Желтый цвет обозначает сигнал пульса с предельными параметрами. • Красный цвет обозначает нарушенный сигнал пульса. Активируйте, вставив палец пациента в устройство. Устройство обнаруживает вставленный палец и автоматически подвечивает экран. Правильное расположение устройства на пальце имеет решающее значение для точных измерений. Диапазон отображения насыщенности кислородом: 0% до 100% SpO2. Диапазон отображения частоты пульса: 18 до 321 ударов в минуту (уд./мин). Измерение длин волн и выходной мощности**. Красный: 660 нм @ 0.8 мВт максимальное среднее значение. Инфракрасный: 910 нм @ 1.2 мВт максимальное среднее значение.</p>	Штука	50	104 000.00	5 200 000.00	103 900.00	45 000.00	55 000.00
	Итого					5 200 000.00			

Председатель:

Ким Николай Ардаыонович

Руководитель по клинической службе

Члены комиссии:

Кусанбаева Алия Муратовна
 Касенова Дина Ахметовна
 Кусанова Асия Салаватовна
 Каримов Олжас Назарбекович

Руководитель сестринской службы:
 Заведующая аптекой:
 Бухгалтер:

Секретарь

Абдушев Давлетбек Серикович

Руководитель административного правового отдела
 Менеджер по государственным закупкам