

**Протокол №52 об итогах тендера по закупкам медицинских изделий**

г. Астана, 11 часов 00 минут «04» апреля 2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Ким Николай Ардалионович

- руководитель по клинической службе, председатель;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна

- руководитель сестринской службы, заместитель председателя;

Касенова Дина Ахметовна

- заведующая аптекой;

Кусаинова Асия Салаватовна

- бухгалтер;

Тажибаев Куаныш Болатович

- руководитель административно-правового отдела.

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

- менеджер по государственным закупкам

рассмотрела заявки по закупкам медицинских изделий

2. Сумма, выделенная для закупки по каждому лоту отдельно:

№ лота	Наименование лота	Техническая спецификация	Сумма, выделенная для закупа (тенге)	Объем
1	Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный с антимикробной присадкой (содержание серебра 0,0180-0,0251%-0,005+0,004%), 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OtoCare Select, полимерная игла с расширителем – 1 шт, фильтром на 168ч для защиты аппарата	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее 1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа (не более 15град), обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: полиэтилен (с введенными в раствор ионами серебра с равномерным распределением по объёму, содержание серебра 0,0180-0,0251%-0,005+0,004%), без латекса. Что подтверждено независимыми лабораториями по месту производства продукта. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 15 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена фильтром на 168 ч и набором уход за полостью рта.	11 765 200	1340

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес всех потенциальных поставщиков
1	ИП «Медкор»	г.Алматы, ул.Хусаинова 141

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: эксперты не привлекались.

5. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Полная причина отклонения и № лота
1	-	-

6. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

№	Наименование потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)
1	ИП «Медкор»	1	8 780

5. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

- Признать тендер по лоту №1 несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, организатору закупок осуществить закуп способом из одного источника по лоту №1 у потенциального поставщика ИП «Медкор» на основании п.130-43 главы 9 Правил;
- Организатору закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астана разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 5 голосов;

Против - 0 голосов.

Ким Николай Ардалионович



- руководитель по клинической службе, председатель;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна



- руководитель сестринской службы, заместитель председателя;

Касенова Дина Ахметовна

Кусаинова Асия Салаватовна



- заведующая аптекой;

- бухгалтер;



Тажибаев Куаныш Болатович



- руководитель административно-правового отдела.

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович

- менеджер по государственным закупкам

