

Протокол №103 об итогах тендера по закупкам медицинской техники

г. Астана, 09 часов 00 минут «02» ноября 2023 года

Тендерная комиссия в составе:

Ким Николай Ардальонович - руководитель по клинической службе, председатель;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна - руководитель сестринской службы, заместитель председателя;
Кусаинова Асия Салаватовна - бухгалтер;
Азатов Әділ Куанышұлы - метролог;
Жорабаева Инкар Муратовна - юрист;

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович - менеджер по государственным закупкам.

рассмотрела заявки по закупкам медицинской техники

2. Сумма, выделенная для закупки по каждому лоту отдельно:

№ лота	Наименование лота	Сумма, выделенная для закупа (тенге)	Объем
1	Светильник хирургический с принадлежностями	45 000 000	3
2	Светильник хирургический передвижной	51 100 000	4

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес всех потенциальных поставщиков
1	ТОО «SBK STANDARD»	г.Астана, ул.Сығанақ, дом 48а, кв.32
2	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	г.Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-29, 8 этаж, кабинет 73

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: эксперты не привлекались.

5. Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциального поставщика	Полная причина отклонения и № лота
1	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	<ul style="list-style-type: none">Предоставленная банковская гарантия не соответствует форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, ввиду этого тендерная документация подлежит отклонению в целом,Предоставленное ценовое предложение не соответствует форме, согласно приложению 14 к настоящим Правилам, ввиду этого тендерная документация подлежит отклонению в целом;Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация по лоту №1, не соответствует технической спецификации, заявленной в тендерной

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

		документации (не указана информация касательно 3 LED диодов для 1 светящей ячейки, 2 плафон светильника не соответствует заявленному);
--	--	--


6. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

№	Наименование потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Торговое наименование
1	ТОО «SBK STANDARD»	1	15 000 000	Светильник хирургический Surgical Lighting Sim.LED вариантами исполнения: 700 SC, 500 SC с принадлежностями
2	ТОО «SBK STANDARD»	2	12 775 000	Светильники хирургические Surgical Lighting Sim.LED вариантами исполнения: 700 MC с принадлежностями

5. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА**:

- Признать тендер по лоту №1,2 несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, организатору закупа осуществить закуп способом из одного источника по лоту №1,2 у потенциального поставщика ТОО «SBK STANDARD», г.Астана, ул.Сығанақ, дом 48а, кв.32;
 - Организатору закупок ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Астаны разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.
- За данное решение проголосовали:

ЗА - 5 голоса;
Против - 0 голосов.

Ким Николай Ардалинович  - руководитель по клинической службе, председатель;

Члены комиссии:

Куанышбаева Алия Муратовна  руководитель сестринской службы, заместитель председателя;

Кусаинова Асия Салаватовна  - бухгалтер;

Азатов Әділ Қуанышұлы  - метролог;

Жорабаева Инкар Муратовна  - юрист;

Секретарь

Абдушев Даулетбек Серикович - менеджер по государственным закупкам. 